

正誤表

本書中に訂正箇所等がございました。訂正し、お詫び致します。お手数をお掛けしますが、訂正箇所を書き込んでお使いいただきますよう、お願い申し上げます。

(2006年9月12日作成 2011年3月9日更新)

＜本正誤表掲載情報＞

[P1] 第1～4刷(2009年7月15日発行まで)をおもちの方が必要な修正箇所

■第2版 第2～4刷(2009年7月15日発行まで)をおもちの方が必要な修正箇所

頁	場所	誤	正	補足	掲載
第2章 PCRの実践マニュアル					
41	プロトコール 反応液の組成表の中の20mM MgCl ₂ の最終濃度	5mM	1.5mM		11/03/09
41	注釈b 5行目	pCV19	pUC19		11/03/09

■第2版 第1刷(2005年11月1日発行)をおもちの方が必要な修正箇所

頁	場所	誤	正	補足	掲載
第2章 PCRの実践マニュアル					
40	2 DNA、RNAの濃度 3～6行目	つまり、核酸の濃度は一般的に260nmの吸光度が1のとき、DNAは50ng/ml、RNAは40ng/mlとなることから次式で求められる。 DNAの濃度 (ng/ml) = A260 × 50 RNAの濃度 (ng/ml) = A260 × 40	つまり、核酸の濃度は一般的に260nmの吸光度が1のとき、DNAは50ng/μl、RNAは40ng/μlとなることから次式で求められる。 DNAの濃度 (ng/μl) = A260 × 50 RNAの濃度 (ng/μl) = A260 × 40	※単位 (ml→μl)	06/09/12
41	プロトコール 反応液の組成表の中の20mM MgCl ₂ の最終濃度	5mM	1.5mM		11/03/09
41	注釈b 5行目	pCV19	pUC19		11/03/09